

ОТЧЕТ ОБ АПРОБАЦИИ

Аппарата искусственной вентиляции легких Zisline MV300 «Тритон», производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Екатеринбург, Россия.

В отделении реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» на апробации находился аппарат искусственной вентиляции легких Zisline MV300 «Тритон». Апробация аппарата проводилась с 12 ноября 2023г, так как аппарат требовал замены кислородного датчика.

Эксплуатация испытуемого аппарата проводилась в соответствии с руководством по эксплуатации, предоставленным совместно с аппаратом. Использовался режим принудительной вентиляции с контролем по давлению. За период эксплуатации нареканий в адрес технической и эксплуатационной составляющих не было. Сборка контура пациента, аппарата и увлажнителя, подключение к сети и медицинским газам не представляют сложностей. Аппарат оснащен сенсорным дисплеем достаточной контрастности. Интерфейс удобен и понятен, аппарат позволяет мониторировать необходимые динамические показатели механики дыхания у пациентов во время проведения ИВЛ. Аппарат совместим с дыхательными контурами и вирусно-бактериальными фильтрами различных производителей.

Данный аппарат может быть рекомендован в качестве современного устройства для проведения респираторной терапии у новорожденных и недоношенных детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии детских многопрофильных больниц.

Зам. главного врача по анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» А.Н. Николишин
Заведующая ОРИТ Брунова О.Ю.

