



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Министерство здравоохранения
Тверской области

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Тверской области

**Детская областная
клиническая больница
ГБУЗ ДОКБ**

наб. Степана Разина, 23, г. Тверь, 170100
тел./факс (4822) 34-41-64
E-mail: guz_dokb@mail.ru
<http://www.dokb.tver.ru>
ОГРН 1026900546980,
ИНН 6905005976, КПП 695001001

Генеральному директору
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Сафонову Н.В.

От зав. ОАР№2 ГБУЗ ДОКБ Цветковой
Е.О.

ОТЗЫВ

на монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-"Тритон" по ТУ 26.60.12-011-32119398-2019 Комплектация Р5.22

ГБУЗ ДОКБ г. Твери, отделение анестезиологии и реанимации№2

Период апробации с 7.02.2023г по 7.03.2023г

Контингент пациентов : пациенты от 5 лет , очень тяжелое состояние на ИВЛ + медикаментозная седация, с диагнозом деструктивная пневмония; пациенты в удовлетворительном состоянии- во время проведения анестезии (нейрохирургические операции).

Условия эксплуатации прибора : в палате реанимации, дважды в операционной

Монтировались параметры: сатурация + пульс, 5-ти канальное ЭКГ, измерение АД, непрерывное неинвазивное измерение АД, оценка неинвазивной центральной гемодинамики , капнография прямой и боковой потоки, метабологграф, BIS мониторинг.

Оценка работы измерительных каналов : все каналы работают исправно.

Оценка оборудования: надежно; удобно, интерфейс удобен для работы и изучения данных мониторинга, есть возможность работы в различных режимах, наиболее информативен режим взрослый 4.

Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-"Тритон" по ТУ 26.60.12-011-32119398-2019 Комплектация Р5.22 подходит для работы в палате реанимации и операционной, особенно необходим для мониторинга жизненноважных функций организма у детей на искусственной вентиляции лёгких, находящихся на медикаментозной седации.

Зав. ОАР№2 Цветкова Е.О.

07.03.2023 г

