

**ОТЗЫВ**  
**на монитор глубины анестезии МГА-06**

В феврале 2019 года в отделении анестезиологии и реанимации Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса проводилась апробация монитора глубины анестезии МГА-06 производства ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС".

Монитор использовался на детях в возрасте от 7 лет. Общее количество проведенных с применением МГА-06 операций – более 135.

МГА-06 использован во время проведения масочных, внутривенных, эндотрахеальных наркозов при операциях общехирургического профиля (хирургия живота, грыжесечение; операции по поводу варикоцеле, фимозов).

Ожидаемый эффект от работы прибора соответствовал полученным результатам. Дозировка препаратов для проведения анестезии подбиралась по показаниям анестезиологического индекса в купе с общеклиническими показателями. Простой и удобный в эксплуатации монитор объективно помогал индивидуально подбирать дозу как ингаляционных, так и внутривенных анестетиков, сокращая возможность нежелательного пробуждения больного во время операции и в тоже время предотвращая чрезмерное углубление уровня анестезии. Использование МГА-06 способствовало более рациональному расходу анестетиков, сокращало время до экстубации, создавало более комфортную обстановку в операционной.

Хочется отметить такое преимущество, как использование для проведения измерений стандартных неонатальных ЭКГ-электродов, что делает стоимость измерения крайне выгодной. Замечаний к работе прибора не было.

01.07.2019.

Главный внештатный детский специалист  
анестезиолог-реаниматолог  
Комитета по здравоохранению СПб.  
Зав. отд. анестезиологии и реанимации  
СПб ГБУЗ "ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса"  
к.м.н. Копылов Владимир Владимирович



*Подпись Комитета В.В. Копылова*

*Зам. зам. врач по реанимации*  
*Мирошник*

