Анализатор мультигазовый АМГ-06





Анализатор АМГ-06 предназначен для непрерывного неинвазивного мониторинга концентрации ингаляционных анестетиков:

- изофлюран (Iso)
- севофлюран (Sev)
- десфлюран (Des)
- галотан (Hal)
- энфлюран (Enf)
- закись азота N_2O
- углекислого газа CO_2 на вдохе и на выдохе

Категории пациентов:

- пациенты всех возрастных групп

Описание комплектации:

Дисплей: 120 мм, сенсорный, цветной
Габариты: 170 x 155 x 145 мм
Масса прибора со встроенным аккумулятором: не более 2.5 кг
Питание: 100-240 В, 50/60Гц
Встроенный аккумулятор: не менее 2 часов работы
Тренды: 72 часа
Система крепления: крепёж-тиски для установки в подвесном виде, вращается на 360°
Гарантийный период эксплуатации: 24 месяца

от 590 000 р.*

* Рекомендованная цена поставки для государственных и муниципальных нужд Российской Федерации. Указанная стоимость носит справочный характер и может быть использована для формирования начальной максимальной цены контракта ТОЛЬКО после официального подтверждения состава поставки, набора комплектующих и аксессуаров.

Преимущества

Эргономичный дизайн	Прибор компактный, имеет небольшую массу Может размещаться на рабочей поверхности или фиксироваться с помощью крепления-тисков
Простота в эксплуатации	Понятный интерфейс, сенсорный дисплей. Оптимальный набор необходимых функций Используется совместно с электрохирургическим инструментом Совместим с внешней информационной системой, оснащён Wi-Fi
Безопасность для пациента	Точное измерение концентрации позволяет проводить безопасное анестезиологическое пособие, особенно когда используется метод низкопоточной анестезии
Аксессуары	Стандартные расходные материалы

Особенности

Применение	Анестезиология, седация ингаляционными анестетиками в палате интенсивной терапии и реанимации
Измеряемые газы	Изофлюран (Iso), севофлюран (Sev), десфлюран (Des), галотан (Hal), энфлюран (Enf), закись азота N_2O, углекислый газ CO_2
Принцип работы	Неинвазивный, отбор пробы в боковом потоке Минимальный отбор пробы - 70 мл/мин Метод недисперсионной инфракрасной спектроскопии (НДИС)

Техническая спецификация

Измеряемые параметры		Вдыхаемая и выдыхаемая концентрация CO_2 и анестетика Частота дыхания пациента (RSP) Апноэ Минимальная альвеолярная концентрация (коэффициент МАК)
Диапазон измерения	Изофлюран (Iso)	0–5%
	Севофлюран (Sev)	0–7%
	Десфлюран (Des)	0–17%
	Галотан (Hal)	0–5%
	Энфлюран (Enf)	0–7%
	Закись азота N_2O	0–100%
	Углекислый газ CO_2	0–15%
Диапазон регулирования скорости потока для отбора проб газа (скорость потока)		70–200 мл/мин
Диапазон измерения частоты дыхания		5–160 дых./мин
Тревоги		Визуальная и звуковая сигнализация. Три уровня приоритета Физиологические и технологические тревоги и события
Запись информации о пациенте		ФИО, возраст, пол, вес, рост, дата госпитализации, предварительный диагноз, клинический диагноз, заметки

Контакты

Телефон
+7 343 304-60-50

Эл. почта
mail@treaton.ru

Treaton

Адрес
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, стр. 33